

Estimados Sres

En seguimiento al proceso de **INVITACIÓN A LICITAR 001 HON 2023 REQ23-00002037** , les compartimos las preguntas y respuestas abajo descritas sobre el proceso de Invitación a Licitar,

Saludos cordiales,

Lorena

=====

RESPUESTAS

- 1.- Las tomas deberán de ser superficiales, así como la tubería, y los otros elementos de la red.

- 2.- La garantía de mantenimiento de la oferta debe de ser por el tiempo de vigencia del contrato

- 3.- Los proveedores si pueden presentar propuestas individuales por cada hospital priorizado, siempre y cuando hayan asistido a la visita en campo del hospital correspondiente.

=====

PREGUNTAS

- 1.En cuanto a las tomas que se instalarán en el Hospital Mario Catarino Rivas, ¿la instalación sería bajo repello o superficial? Tomando en cuenta que las tomas instaladas actualmente están bajo repello.

2. ¿Cuánto tiempo de vigencia debe tener la Garantía de mantenimiento de oferta?
3. ¿Se pueden hacer ofertas por componente individual, o se deben ofertar los 3 componentes obligatoriamente?

Componente

A. Homologación de conexión de tomas de oxígeno y aire medicinal en Hospital Escuela

B. Red de oxígeno y vacío en emergencias de medicina interna del Hospital Mario Catarino Rivas.

C. Inclusión de válvulas de corte y panel de alarma en sala de Maternidad del Hospital del Sur